別添

ＤＮＡ抽出装置修繕仕様書

１　修繕物件名及び数量

ＤＮＡ抽出装置　２台

（ライフテクノロジーズ社製　AutoMate Express）

２　履行場所

熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号

熊本県警察本部科学捜査研究所

３　履行期限

令和９年２月２６日（金）

４　修繕内容

AutoMate Express（S/N：0912A1028、0912A1035）専用制御ボードの不具合解消及び動作確認

※交換部品　ABI社 PCB CPU iPREP/AE(カタログコード4448952)

５　その他留意事

(1) 作業費及び動作確認・調整等の作業に要する全ての費用を含んだ金額で応札すること。

(2) 修繕のために部品交換を行った場合は、故障部品を必ず回収すること。

(3) その他社会通念上必要とされる事項については、受託者の責任において行うこととする。